



RINGTUPFER

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Zur Herstellung der Mulltupfer wird Verbandmull verwendet. Die Mullzuschnitte werden unter Zuhilfenahme eines Silikonrings rund geschlungen. Die Tupfer müssen vor ihrer Verwendung auf offenen Wunden mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden.

Zusammensetzung

Baumwolle, Silikon

Normative und gesetzliche Anforderungen

Ringtupfer ist ein Medizinprodukt nach MPG, Klasse I, Regel 4 und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG.

Der Verbandmull entspricht den Anforderungen der DIN EN 14079 Typ 20.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und EN 980-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung: PE-Beutel

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei.

